


# Руководство по активации русскоязычного интерфейса пользователя калибраторов RTC-R

Свяжитесь с сервисной службой компании АРТВИК (service@artvik.com, тел. +7 (495) 956 70 79 доб. 118), сообщите серийный номер калибратора, его модель, номер договора поставки (если таковой имеется) и получите код активации.


## 1. Установка нового внутреннего программного обеспечения (ПО) калибратора

- Скачайте новое внутреннее ПО калибратора по ссылке: [https://artvik.com/files/Ametek\\_Jofra350\\_1\\_0\\_1912.zip](https://artvik.com/files/Ametek_Jofra350_1_0_1912.zip)
- Скачайте краткое руководство по установке внутреннего ПО калибратора по ссылке: [https://artvik.com/files/RTC\\_firmware\\_upgrade\\_rus.pdf](https://artvik.com/files/RTC_firmware_upgrade_rus.pdf)
- Установите новое внутреннее ПО в калибратор согласно краткому руководству.

## 2. Вход в сервисное меню



- Включите калибратор и дождитесь появления главного экрана.
- Нажмите клавишу (  ) и удерживайте ее в таком положении примерно 10 с.
- В открывшемся окне ввода кода доступа “Enter Access Code” введите код “1234”.
- В открывшемся сервисном окне выберите “1” для входа в меню установки.

## 3. Ввод кода русского языка

- Если значение поля региональной защиты “Country protection” равно **4194307**, перейдите к п. 4.
- Если в этом поле находится отличное от **4194307** значение, нажмите (  ).
- В открывшемся окне ввода кода доступа “Enter Access Code” введите код ХХХХ, полученный в сервисной службе компании АРТВИК.
- В поле региональной защиты “Country protection” должно установиться значение **4194307**.

## 4. Перезагрузите калибратор, выключив питание, а затем включив его

## 5. Активация русскоязычного интерфейса

- После включения калибратора дождитесь появления главного экрана.
- Нажмите (  ) и войдите в окно настроек калибратора “Calibrator setup”.
- В списке поля выбора языка “Language” выберите опцию “Русский”.
- Нажмите (  ).
- В открывшемся окне, предупреждающем об автоматической перезагрузке калибратора в случае изменения языка интерфейса, выберите утвердительный ответ “Yes”.

После перезагрузки калибратора установится русскоязычный интерфейс пользователя.